Начальник Управления аккредитации

~~Руководитель~~ (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись _____ А.В. Лебедев
инициалы, фамилия

М.П.

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.311228
от «21» сентября 2015 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области»
(ФБУ «Оренбургский ЦСМ»)
наименование юридического лица

462411, Оренбургская область, г. Орск, проезд Армавирский, д. 9
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений
ВК
шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения геометрических величин				
1.	Ростомеры медицинские	(100-2200) мм	ПГ ± 4 мм	
2.	Ростомеры детские медицинские	(150-845) мм	ПГ ± 4 мм	
3.	Сита лабораторные	(0,020-125) мм	ПГ ± (0,014-4,5) мм	
Измерения механических величин				
4.	Динамометры становые и кистевые	(3-500) даН	ПГ ± (0,75-15) даН	
5.	Измерители эффективности тормозных систем автомобилей	(98-980) Н (0-9,81) м/с^2	ПГ ± 5 % ПГ ± (3-5) %	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
6.	Преобразователи магнитные поплавковые	(0-20) м	ПГ ± (1-10) мм ПГ ± (0,1-0,2) %	
7.	Системы измерений массы нефтепродуктов VEEDER-ROOT	(82-15000) мм	ПГ ± (1-2) мм	
8.	Преобразователи уровня буйковые	(0-10000) мм	ПГ ± (0,5-1,0) %	
9.	Колонки газораздаточные природного газа	(0-9999,99) л	ПГ ± (0,5-5) %	
10.	Вторичная аппаратура трубопоршневых поверочных установок	(0-1000) Гц	ПГ ±0,025 %	
11.	Вычислители для узлов учета нефти с объемными счетчиками-расходомерами	(20-1000) Гц	ПГ ± 0,05 %	

	2	3	4	5
12.	Системы учета нефти и нефтепродуктов с радарными уровнемерами	(0-10) м ([-20]-90) °С (710-1000) кг/м^3	ПГ ± 3 мм ПГ ± 0,5 °С ПГ ± 0,75 кг/м^3	
13.	Счетчики, расходомеры, преобразователи массового расхода жидкости	Ду (10-100) мм	ПГ ± (0,1-2,0) %	
14.	Уровнемеры	(0-20) м	ПГ ± (1-6) мм	
15.	Установки расходомерные трубопоршневые	Ду (15-50) мм	2 разряд ПГ ± 0,1 %	
16.	Установки расходомерные трубопоршневые	Ду (40-150) мм	2 разряд ПГ ± 0,1 %	
17.	Установки расходомерные трубопоршневые	Ду (100-300) мм	2 разряд ПГ ± 0,1 %	
Измерения времени и частоты				
18.	Измерители времени срабатывания реле	(10 -900) мс	ПГ ± 0,25 %	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
19.	Системы автоматизированные коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ)	(1,5-645000) кВт	ПГ ± (0,5-5) %	
20.	Мультиметры	($1\cdot10^{-6}$ -20) А ($1\cdot10^{-3}$ -1000) В ($1\cdot10^{-6}$ -20) А (10-1000) Гц ($1\cdot10^{-3}$ -700) В (10-1000) Гц ($2\cdot10^{-3}$-$1\cdot10^{9}$) Ом	ПГ ± (0,05-4) % ПГ ± (0,05-4) % ПГ ± (0,5-2,5) % ПГ ± (0,1-2,5) % ПГ ± (0,02-10) %	
21.	Катушки электрического сопротивления	($1\cdot10^{-3}$-$1\cdot10^{5}$) Ом	КТ (0,001-1)	
22.	Магазины сопротивлений	($1\cdot10^{-3}$-$1\cdot10^{5}$) Ом	ПГ ± (0,02-1) %	
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения				
23.	Блоки питания постоянного и переменного тока	(0-600) В (0-10) А	ПГ ± 15 %	

Директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ» — С.В. Бойко

должность уполномоченного лица — подпись уполномоченного лица — инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

Эксперт по аккредитации КОКШАРОВА Е.Ю.

Эксперт по аккредитации		Е. Ю. Кокшарова
Технический эксперт		А. Ю. Деянов
Технический эксперт		Е. В. Кулюшина
Технический эксперт		А. Е. Устьянцев